


6.2.4 ต้องจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินระดับความเสี่ยงของเครื่องมือที่ต้องการการบำรุงรักษา



โรงพยาบาลแม่ลาว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย


ทะเบียนเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลแม่ลาว
Maelao Hospital

309 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

ประจำปี 2567

วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2567



บริษัท ซีพีเอ็ม เมดิคอล ซัพพอร์ต จำกัด
CPM MEDICAL SUPPORT CO.,LTD.

203 Moo 3, Ban Khlong Subdistrict, Mueang Phitsanulok District Phitsanulok Province 65000
E-mail : cpm.medical1972@gmail.com Tel. 081 195 3087

CPM MEDICAL SUPPORT CO.,LTD.
203 Moo 3, Ban Khlong Subdistrict, Mueang Phitsanulok District Phitsanulok Province 65000

สุปรายการทะเบียนเครื่องมือแพทย์ สอนเทียบบำรุงรักษา
โรงพยาบาลแม่ลาว
309 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

Serial	Code	Equipment Name	จำนวน	Type	Risk Level	Results			Remarks
						Pass	Fail	รวม	
1	AED	AED Defibrillators	2	Cal - PM	HIGH	2	0	0	
2	AMG	Amalgamator	2	Cal - PM	LOW	2	0	0	
3	ATC	Auto Clave	3	Cal - PM	HIGH	3	0	0	
4	CPR	Auto CPR	2	PM	HIGH	2	0	0	
5	INL	Auto-Reader Incubator	1	Cal	HIGH	1	0	0	
6	BPD	Blood Pressure Digital	30	Cal - PM	MEDIUM	30	0	0	
7	BPM	Blood Pressure Monitor	8	Cal - PM	MEDIUM	8	0	0	NIBP สอนรวม
8	FLW	Blood Warmer and Fluid Warmer	1	Cal - PM	MEDIUM	1	0	0	เครื่องเลิกใช้งาน
9	CUL	Curing Light	3	Cal - PM	MEDIUM	3	0	0	
10	DEF	Defibrillator	5	Cal - PM	HIGH	5	0	0	
11	DUL	Deutal Ultrasonic Scaler	1	PM	MEDIUM	1	0	0	เครื่องชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
12	DPT	Droptone	4	Cal - PM	HIGH	4	0	0	
13	EKG	ECG Recorder	4	Cal - PM	LOW	4	0	0	
14	TEN	Electrical Stimulator	13	Cal - PM	LOW	13	0	0	
15	TEN	Electro-Acupuncture Stimulator	6	Cal - PM	LOW	6	0	0	เครื่องชำรุดการฝึกฝนกับไฟฟ้า
16	ELB	Electronic Obstetric Bed	1	PM	LOW	1	0	0	เตียงชำรุดใช้รักษา ขนบไฟฟ้า
17	ESU	Electrosurgical Unit	2	Cal - PM	HIGH	2	0	0	
18	LAM	Examination Lamp	1	PM	LOW	1	0	0	หลอดไฟชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
19	FEM	Fetal Monitor	2	Cal - PM	HIGH	2	0	0	
20	HOT	Hot Air Oven	1	Cal - PM	HIGH	1	0	0	
21	HYD	Hydro Collator	2	Cal - PM	LOW	2	0	0	
22	INT	Incubator Infant ,Transport	1	Cal - PM	HIGH	1	0	0	
23	RAW	Infant Warmer	1	Cal - PM	HIGH	1	0	0	
24	TMI	Infrared Thermometer	9	Cal - PM	LOW	9	0	0	
25	INP	Infusion Pump	12	Cal - PM	HIGH	12	0	0	
26	LAR	Laryngoscope Set	2	PM	LOW	2	0	0	
27	NEB	Nebulizer	4	PM	LOW	4	0	0	
28	OPT	Ophthalmoscope, Otoloscope	2	Cal - PM	LOW	2	0	0	
29	OFC	Oxygen Concentrator	24	Cal - PM	LOW	23	1	0	