

6.3.4 บ่งชี้สถานะบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์อย่างชัดเจนเป็นปัจจุบัน และสามารถสืบค้นหาผลการตรวจสอบย้อนหลังได้

บริษัท ซีพีเอ็ม เมดิคอล ซัพพอร์ต จำกัด
203 หมู่ที่ 3 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Tel. 081 195 3087 ; 095-3067933
วันที่ 21 ธันวาคม 2567

สรุปผลการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2567
ณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่ลาว

ตามที่ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้าดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ได้เข้าปฏิบัติงานที่ รพ.แม่ลาว ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานเบื้องต้น ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ที่	รายการ	จำนวนเครื่อง
1	จำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ที่สำรวจบันทึกรายการบำรุงรักษาและสอบเทียบ	368
2	จำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ ที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน	3
3	จำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ ที่สอบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ	5

หมายเหตุ รายงานสรุปนี้ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น ผลการบำรุงรักษาและสอบเทียบที่แน่นอน บริษัทฯ จะดำเนินการสรุปและออกเอกสารรายงานผล ให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

(ชัชวาล ฆมนุชพร)
095 306 7933

รายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ/บำรุงรักษา (แยกหน่วยงาน)

รพ.พยาบาลแม่ลาว

ที่	ตัวต่อ	หน่วยงาน	จำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ชำรุด
1	AMB1	AMB1: รถ AMBULANCE (ยี่ห้อ 7300 เชียงราย)	8	8	0	0
2	AMB2	AMB2: รถ AMBULANCE (ยี่ห้อ 1058 เชียงราย)	7	7	0	0
3	AMB3	AMB3: รถ AMBULANCE (ยี่ห้อ 1058 เชียงราย)	5	5	0	0
4	AMB4	AMB4: รถ AMBULANCE (ยี่ห้อ 1058 เชียงราย)	3	3	0	0
5	AMB5	AMB5: รถ AMBULANCE (ยี่ห้อ 1058 เชียงราย)	4	4	0	0
6	ARV	ARV: เครื่อง ARV (ยี่ห้อ โรดคอสต์)	2	2	0	0
7	BLT	BLT: ห้องเคมีเลือด	6	6	0	0
8	COC	COC: งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	12	12	0	0
9	CSSD	CSSD: งานหน่วยจ่ายกลาง	9	9	0	0
10	DEN	DEN: กลุ่มงานทันตกรรม	13	13	0	0
11	ER	ER: อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	51	51	0	0
12	IPD	IPD: หอผู้ป่วยใน	57	55	1	1
13	LD	LD: งานซักฟอก	1	0	1	0
14	LR	LR: ห้องหอด	23	23	0	0
15	NCD	NCD: คลินิกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	10	10	0	0
16	NUT	NUT: งานห้องอาหารและโภชนาการ	5	5	0	0
17	OPD	OPD: งานผู้ป่วยนอก	24	23	0	1
18	OR	OR: ห้องผ่าตัด	3	3	0	0
19	PHD	PHD: กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ	41	38	1	2
20	PHA	PHA: กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	21	20	0	1
21	PSY	PSY: กลุ่มงานจิตเวช	5	5	0	0
22	PT	PT: กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	37	37	0	0
23	TTM	TTM: กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	21	21	0	0
รวม รายการเครื่องมือแพทย์ รพ.			368	360	3	5

CPM MEDICAL SUPPORT CO.,LTD.
203 Moo 3, Ban Khlong Subdistrict, Mueang Phitsanulok District Phitsanulok Province 65000 Tel. 081 195 3087
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2567
โรงพยาบาลแม่ลาว
309 ถนนพหลโยธิน ตำบลจอมหนองแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

เลขที่บัญชี	Equipment ID	Equipment Name	Manufacturer	Model	Serial Number	Depart	Type Job	Risk Level	Remarks
01-0003/65-1	OFM-AMB1-01	Oxygen Flow Regulator	MEDICAL OXYGEN	BI-015	-		AMB1	CAL	LOW
01-0003/65-2	OFF-AMB1-01	Oxygen Flow Pipeline	MEDICAL OXYGEN	-	-		AMB1	CAL	LOW
01-0003/65-1	OFF-AMB1-02	Oxygen Flow Pipeline	OHIO	-	-		AMB1	CAL	LOW
29-0101/62-1	BPD-ABM1-01	Blood Pressure Digital	YUWELL	Smart BPM	H1809211211		AMB1	CAL-PM	MEDIUM
37-0101/65-1	SUM-AMB1-01	Suction Mobile	BSU OSCAR	OB1000	222110269		AMB1	CAL-PM	MEDIUM
69-2102/65-1	BP-AMB1-01	Sphygmomanometer	SPENCER	-	-		AMB1	CAL-PM	MEDIUM
24-0004/65-1	VEN-AMB1-01	Ventilator Pressure Control	WEINMANN	MEDUMAT Easy CPR	21114		AMB1	CAL-PM	HIGH
-	AED-AMB1-01	AED Defibrillators	HEART SINE	SAM 500P	1880000477		AMB1	CAL-PM	HIGH
-	BPD-AMB2-01	Blood Pressure Digital	OMRON	HEM-7156-A	20220203717V		AMB2	CAL-PM	MEDIUM
-	AED-AMB2-01	AED Defibrillators	ZOLL	ZOLL AED PLUS	1161878505		AMB2	CAL-PM	HIGH
-	OFF-AMB2-01	Oxygen Flow Pipeline	MEDICAL OXYGEN	BI-015	3810044		AMB2	CAL	LOW
37-0101/65-1	SUM-AMB2-01	Suction Mobile	FLAEM Aspira	P1611EM-30	214142 0538		AMB2	CAL-PM	MEDIUM
-	BP-AMB2-01	Sphygmomanometer	ACCOSON	-	-		AMB2	CAL-PM	MEDIUM
-	MPT-AMB2-01	Patient Monitor	BTL	Any View A3	A045E001307		AMB2	CAL-PM	HIGH
26-1002/59-3	PUO-AMB2-01	Pulse Oximeter	CARE VISION	HP-10	HPA1510220		AMB2	CAL-PM	HIGH
01-0003/65-2	VEN-AMB3-01	Ventilator Pressure Control	WEINMANN	MEDUMAT EASY	-		AMB3	CAL-PM	HIGH
01-0003/65-2	DEF-AMB3-01	Defibrillator	WEINMANN	MEDUCORE STANDARD2	-		AMB3	CAL-PM	HIGH
-	OFF-AMB3-01	Oxygen Flow Pipeline	OHIO	-	004U02763		AMB3	CAL	LOW