

## 6.5.2 ต้องมีบ่งชี้และสถานะการยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์

๘	จากชุดตรวจจุล	๑	๖๕๑๕-๐๑๗-๐๐๒๐/๖๕	๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๐ ๐๒ ๒๕๖๕	ชื่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ห้องตรวจ
๙	จากชุดกล้องศีรษะ	๑			✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ		ชื่อ	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ER
๑๐	จากเครื่องผลิต ออกซิเจน ๕ ลิตร	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๓/๖๖๔	๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๒ ๐๗ ๒๕๖๖	ชื่อ	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ปฐมภูมิ
๑๑	จากเครื่องวัดความ ดัน	๑	๖๕๑๕-๐๒๔-๐๑๐๑/๖๑๔	๒๒	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๐๙ ๐๗ ๒๕๖๑	ชื่อ	๒,๑๑๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	แผนไทย
๑๒	จากเครื่องวัดความ ดัน	๑	๒๕๕๗/๙๖๖		✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ		ชื่อ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	แผนไทย
๑๓	จากตู้ห้อง การแพทย์	๑			✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ		ชื่อ	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	อุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑๔	จากเตียงมือหมุน ๒ โถ	๑			✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	บริจา	ชื่อ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	เยี่ยมบ้าน
๑๕	จากเครื่องหน้า เด็กทารกพร้อมที่ วัดสวนสูง	๑	๖๕๑๖-๐๐๒-๐๐๐๔/๖๕	๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๗ ๐๒ ๒๕๖๕	ชื่อ	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	OPD
๑๖	จากเครื่องตรวจ และวิเคราะห์การ ทำงานของหัวใจ	๑	๖๕๑๖-๐๒๗-๐๐๐๔/๕๙	๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๐๗ ๐๔ ๒๕๕๙	ชื่อ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ER
๑๗	จากเครื่องผลิต ออกซิเจน ๕ ลิตร	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๓/๖๒	๙	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๕ ๐๕ ๒๕๖๒	ชื่อ	๑๖,๗๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เยี่ยมบ้าน
๑๘	จากทันตกรรม ป้องกันแตกหัก	๑	๖๕๑๖-๐๐๔-๑๓๕๐/๖๑	๗	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๒๖ ๐๙ ๒๕๖๑	ชื่อ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	ปฐมภูมิ

๑๙	จากชุดกล้องจุล	๑			✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ		ชื่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ห้องตรวจ
๒๐	จากเตียงไฟฟ้า	๑			✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	บริจา	ชื่อ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เยี่ยมบ้าน
๒๑	จากAdapter ob Flow meter หัว เตี้ย	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๙	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๒	จากAdapter ob Flow meter หัว เตี้ย	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๑๐	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๓	จากAdapter ob Flow meter หัว เตี้ย	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๑๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๔	จากAdapter ob Flow meter หัว เตี้ย	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๑๒	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๕	จากAdapter ob Flow meter ติดตั้ง	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๒๐	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๖	จากAdapter ob Flow meter ติดตั้ง	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๒๑	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๗	จากAdapter ob Flow meter ติดตั้ง	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๒๒	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๘	จากAdapter ob Flow meter ติดตั้ง	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๒๓	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน
๒๙	จากAdapter ob Flow meter ติดตั้ง	๑	๖๕๑๕-๐๐๓-๔๕๐๔	๒๔	✓	หมดอายุ การใช้ งาน	ชื่อ	๑๙ ๐๑ ๒๕๕๕	ชื่อ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ตึกผู้ป่วยใน